



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 09 04 69324 003

Zertifikatsinhaber: EFFEGI BREGA S.R.L.Via Pietro Nenni, 46
29010 Sarmato (PC) PC
ITALIEN**Produktions-
stätte(n):** 69324**Prüfzeichen:****Produkt:** Dampfreiniger
(Laborgeräte)**Modell(e):** VAPOR KLEIN VK500 NEW;
MINIVAPOR MILLENIUM;
MINIVAPOR "MS2005";
MULTIVAP; VAPOR KLEIN VK400**Kenndaten:**
Nennspannung: 240 Vac
Nennaufnahme: 1950 W
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzklasse: I
Schutzart: IPX0
Max Betriebsdruck: 0.8 Mpa/8 bar**Geprüft nach:** EN 61010:2001

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: SIC09020.01**Gültig bis:** 2014-04-20**Datum,** 2009-05-11

Seite 1 von 1

